



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ELBLĄGU**

ul. Żeromskiego 24, 82-300 Elbląg,

tel./fax 55 233 67 79,

e-mail: elblag@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRYZRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna
Znak producenta: BA150K Znak typu: T11430
Numer fabryczny: 3671 Rok produkcji: 2019
Producent: AXIS Sp. z o.o. Gdańsk

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia **21 marca 2026 r.**

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne : Max = 150 kg Obciążenie minimalne: Min = 1 kg
Działka elementarna : d = 50 g Działka legalizacyjna: e = 50 g
Tara : T = -150 kg Klasa dokładności : III

WNOSKODAWCA

"REMWAG" Mieczysław Kaczan
ul. Mazurska 5F, 82-300 Elbląg
Wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego

WYMAGANIA

§ 12, § 13 ust. 1, 3 i 4, § 15 oraz ust. 45, 47, 49 i 50 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802)

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz.152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na :
tabliczce znamionowej i obudowie miernika wagi
Cechy zabezpieczające w liczbie 3 umieszczono na:
obudowie miernika wagi - 2 szt.
śrubie pod szalką wagi - 1 szt.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM6.WZ4.45.156.2024

Data wystawienia: 21 lutego 2024 r.



z up. Dyrektora
Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku

mgr Zdzisław Zacher
Zastępca Naczelnika
Wydziału Zamiejscowego w Elblągu