



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ELBLĄGU**

ul. Żeromskiego 24, 82-300 Elbląg,

tel./fax 55 233 67 79,

e-mail: elblag@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna
Znak producenta: RHEWA 82 c-2 T 11732
Numer fabryczny: 193787 Rok produkcji: 2020
Producent: RHEWA Waagenfabrik, Niemcy

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia **11 stycznia 2026 r.**

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

STALEX Piotr Denis ul. Mazurska 22, 82-300 Elbląg.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne : Max = 30000/60000 kg Obciążenie minimalne: Min = 200/400 kg
Działka legalizacyjna: e = 10/20 kg
Tara : T = -60 Mg Klasa dokładności : III

WNIOSKODAWCA

"REMWAG" Mieczysław Kaczan, ul. Mazurska 5F, 82-300 Elbląg.
Wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego

WYMAGANIA

§ 12, § 13 ust. 1, 3 i 4, § 15 oraz ust. 45, 47, 49 i 50 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 i § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechy zabezpieczające w liczbie 5 umieszczono na:
tabliczce znamionowej i częściowo na obudowie miernika wagi - 1 szt.
tabliczce z liczbą adiustacyjną wagi - 1 szt.
połączeniu przewodów przetworników pom. z miernikiem - 1 szt.
skrzynce przyłączeniowej przetworników - 2 szt.
Zabezpieczeniem dostępu do elementów adiustacji wagi jest liczba adiustacyjna "2" przechowywana w pamięci miernika wagi

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM6.WZ4.45.1214.2023

Data wystawienia: 11 grudnia 2023 r.



z up. Dyrektora
Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku

mgr Zdzisław Zacher
Zastępca Naczelnika
Wydziału Zamiejscowego w Elblągu